



Brüssel, den 20. November 2018  
(OR. en)

14468/18  
ADD 1

ENV 782  
MI 856  
DELECT 151

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender: Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission

Eingangsdatum: 19. November 2018

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

---

Nr. Komm.dok.: C(2018) 7525 final - Annex

---

Betr.: ANHANG der Delegierten Richtlinie der Kommission zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Bleioxid in Glasfritten zur Befestigung von Glasscheiben für bestimmte Laserröhren

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2018) 7525 final - Annex.

---

Anl.: C(2018) 7525 final - Annex



Brüssel, den 16.11.2018  
C(2018) 7525 final

ANNEX

## ANHANG

der

**Delegierten Richtlinie der Kommission**

**zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Bleioxid in Glasfritten zur Befestigung von Glasscheiben für bestimmte Laserröhren**

## ANHANG

Anhang III Eintrag 32 erhält folgende Fassung:

|      |   |   |
|------|---|---|
| „32. | Bleioxid in Glasfritten zur Befestigung von Glasscheiben für Argon- und Krypton-Laserröhren | Läuft ab am <ul style="list-style-type: none"><li>– 21. Juli 2021 für die Kategorien 1 bis 7 und 10;</li><li>– 21. Juli 2021 für die Kategorien 8 und 9, ausgenommen medizinische In-vitro-Diagnostika und Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Industrie;</li><li>– 21. Juli 2023 für die Kategorie 8 Medizinische In-vitro-Diagnostika;</li><li>– 21. Juli 2024 für die Kategorie 9 Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Industrie und für Kategorie 11.“</li></ul> |
|------|---|---|