



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 23. Mai 2023
(OR. en)

9678/23
ADD 1

ENV 520
MI 444
DELECT 65

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	16. Mai 2023
Empfänger:	Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der Europäischen Union

Nr. Komm.dok.:	C(2023) 3138 final - Annex
Betr.:	ANHÄNGE der Delegierten Richtlinie der Kommission zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei als thermischer Stabilisator in Polyvinylchlorid, das als Grundwerkstoff für Sensoren dient, die in medizinischen In-vitro-Diagnostika verwendet werden

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2023) 3138 final - Annex.

Anl.: C(2023) 3138 final - Annex



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 16.5.2023
C(2023) 3138 final

ANNEX

ANHÄNGE

der

Delegierten Richtlinie der Kommission

zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei als thermischer Stabilisator in Polyvinylchlorid, das als Grundwerkstoff für Sensoren dient, die in medizinischen In-vitro-Diagnostika verwendet werden

ANHANG

In Anhang IV wird der folgende Eintrag 41a eingefügt:

„41a. Blei als thermischer Stabilisator in Polyvinylchlorid (PVC), das als Grundwerkstoff für amperometrische, potentiometrische und konduktometrische elektrochemische Sensoren dient, die in medizinischen In-vitro-Diagnostika für die Analyse von Kreatinin und Blut-Harnstoff-Stickstoff in Vollblut verwendet werden.

Gilt für Kategorie 8 und läuft am 31. Dezember 2023 ab.“